



Wieluń, dn. 28.12.2016 r.

WYKONAWCY

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SPZOZ – OiZP /3 /38/380-382 / 27 / 2016

Nazwa zadania: **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu.**

Zamówienie prowadzone w ramach realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0019/16 pt.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed terminem składania ofert:


W SIWZ w Załączniku nr 4 – Zestawienie granicznych parametrów stołu zabiegowego po zmianach z dnia 23.12.2016 r. w pkt. 9 napisano:

„9. Regulacja wysokości 650 do 900 mm (\pm 50 mm)”.

Po modyfikacji SIWZ w Załączniku nr 4 – Zestawienie granicznych parametrów stołu zabiegowego w pkt. 9 zmieniono zapis na:

„9. Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm (\pm 50 mm) lub regulacja wysokości w zakresie od 650 do 900 (\pm 50 mm) dotyczy wysokości blatu wraz z materacami”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.


p.o. Z-cy Dyrektora
SPZOZ w Wieluniu d/s leczenia
dr n. med. Mateusz Grabicki