

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
DOiZP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. 438 406 802, fax 438 406 801

WYKONAWCY**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **SPZoz - OiZP/3 /38/380-382 / 09 / 2017.**

Nazwa zadania: „**Zakup z dostawą do Apteki wkładów wymiennych do automatycznego, dwufokowego wstrzykiwacza kontrastu wyposażonego w ogrzewacze kontrastu STELLANT CT D na potrzeby SPZoz w Wieluniu.**”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego do dnia 24-02-2017 r. zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Czy w ramach pozycji 2 Pakietu Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia ofertę na jednorazowe, spiralne, sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm, o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, wyposażone w jeden zaworek antyzwrotny oraz W trójnik Y, dysponujący różnej długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 10 cm oraz dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/- 25 cm?

UZASADNIENIE:

Jednorazowe złącza, o których mowa w pytaniu, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 400 sztuk były przedmiotem zrealizowanej umowy nr I32IZPI2015, zawartej w dniu 28.12.2015 roku i aktualnej do 28.12.2016 roku. Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania łączników, o których mowa w Pytaniu 1 nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Wieluniu.

Ponadto, opisane w pytaniu złącza dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy kontrastu Stellant CT D na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich użytkowników, Do grona stałych odbiorców wlv złączy należą m'in. Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Łodzi, Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli, Białostockie Centrum onkologii czy Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia w Polsce.

Czynnikiem niezmiernie istotnym jest tutaj ROZNA długość ramion (odgałęzień) trójnika, w jaki wyposażony jest omawiany łącznik. Krótsze odgałęzienie trójnika (o długości +/- 10 cm), odchodzące bezpośrednio od głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia, po podaniu środka cieniującego (materiały jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika, po wykonanym badaniu - im krótsze takie odgałęzienie, tym mniejsze są straty finansowe na niewykorzystanym w badaniu środku kontrastowym).

Przy zapotrzebowaniu określonym dla pozycji 2 Pakietu na 800 sztuk przedmiotowych złączy, zakup asortymentu, o którym mowa W pytaniu, umożliwi Zamawiającemu znaczną redukcję kosztów prowadzonych badań, przynosząc placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego).

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do SIWZ i o nadanie jej tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ :

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. 438 408 802, fax 438 408 801
SAMÓWNIENIA PUBLICZNE
DOZP
w Wielunju
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wielunju
dr n. med. Mateusz Grabicki

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ODPOWIEDZ

Zgodnie z...