

SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 21 /2017

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Wieluniu  
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16  
DOiZP  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
tel. 438 406 802, fax 438 406 801

Wieluń, 2017/10/13

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy : SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 21 /2017

Nazwa zadania : „Dostawa zmywarko-wyparzarek dla SPZOZ w Wieluniu”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy:

**PYTANIE z dnia 13/10/2017 roku.**

Czy zamawiający dopuści zmianę poziomu hałasu do 64dB. Poziom hałasu 45dB, jest osiągalny jedynie przez urządzenia domowe, nie nadające się do użytku profesjonalnego.

**ODPOWIEDŹ :** Zamawiający dopuści zmianę poziomu hałasu do 64dB.

STARSZY INSPEKTOR  
Działu Obsługi i Zamówień Publicznych  
ds. Zamówień Publicznych

*Jacek Siatkowski*