

Wieluń, dnia 05.04.2018 r.

SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 09 / 2018 / A

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy do Apteki środków do mycia i dezynfekcji na potrzeby SPZOZ w Wieluniu.

Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 /09/ 2018.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 (dotyczy Zadania nr 1, poz. 3): Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 poz. 3 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wydziela z Zadania nr 1 produkty z pozycji 3 tworząc dodatkowe Zadanie nr 1A z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 2 (dotyczy Zadania nr 8, poz. 2): Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 8 poz. 2 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476)



lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wydziela z Zadania nr 8 produkty z pozycji 2 tworząc dodatkowe Zadanie nr 8A z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 3 (dotyczy Zadania nr 3, poz. 1): Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycji 1 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów, zawierający w swoim składzie składniki myjące, o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis) w czasie 5 minut? Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, chloru, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%. Wyrób medyczny klasy IIb. Posiada deklarację zgodności EC i Certyfikat CE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 (dotyczy Zadania nr 3, poz. 2): Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycji 2 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie płynnego koncentratu do mycia narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich) na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), tenzydów oraz pochodnych kwasu borowego? Działający w czasie 10 minut (3 minuty w ultradźwiękach). Kompatybilność z preparatami do narzędzi i endoskopów na bazie poliaminy i innych składników aktywnych. Niskie stężenie użytkowe już od 0,3%. Wyrób medyczny klasy I. Posiada deklarację zgodności EC i Certyfikat CE.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 (dotyczy Zadania nr 1, poz. 1): Prosimy o dopuszczenie pianki czyszcząco-pielęgnującej skutecznie i szybko usuwającej zanieczyszczenia, eliminującej nieprzyjemne zapachy, nie powodującej wysuszenia skóry, nie powodującej podrażnienia skóry i błon śluzowych, nie wymagającej użycia wody. Oferowana przez nas pianka zawiera ciekłą białą parafinę, alkohol benzylowy i fenyletylowy, delikatne substancje myjące w postaci przyjaznych dla skóry tenzydów, dodatki natłuszczające, którymi są dermatologicznie przebadane olejki pielęgnujące oraz gaz propan butan wytwarzający idealną konsystencję piany. Kosmetyk. Opakowania a 500ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 (dotyczy Zadania nr 1, poz. 7): Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, Noro, Rota, Adeno, Vaccinia) w czasie do 10 min, Polio w czasie 15 min z możliwością rozszerzenia o Spory?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 7 (dotyczy Zadania nr 1, poz. 8): Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie do 15 min. z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 (dotyczy Zadania nr 2, poz. 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholu i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem spieniającym (po odpowiednim przeliczeniu opakowań) oraz w opakowaniach a 5 L? Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dołączenia pozytywnej opinii klinicznej z Instytutu Matki i Dziecka lub innej akredytowanej jednostki potwierdzającej możliwość stosowania produktu na oddziałach pediatrycznych, po odpowiednim przeliczeniu ilości z zaokrągleniem pełnych opakowań w górę.

Pytanie 9 (dotyczy Zadania nr 2, poz. 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych na bazie alkoholu (etanolu i propan-1-olu,) bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach a 1 L ze spryskiwaczem oraz w opakowaniach 10L ? Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu opakowań.

Pytanie 10 (dotyczy Zadania nr 2, poz. 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz a 1 L (po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11 (dotyczy Zadania nr 2, poz. 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków,

o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz a 1 L (po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12 (dotyczy Zadania nr 4, poz. 1): Gotowy do użycia alkoholowy preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-ol (75g), zawierający substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglycerol), bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu 90 s.

Spektrum działania: B (w tym Tbc), F- 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – 15 s. Noro – 30 s, zarejestrowany jako preparat biobójczy, w opakowaniach 500 ml z pompką, 1 L z pompką oraz 5 L?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 (dotyczy Zadania nr 4, poz. 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml z pompką; a 1l z pompką, a 5l?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14 (dotyczy Zadania nr 8, poz. 1): Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie dwóch alkoholi: Etanol 45%, izopropanol 30% oraz QAV odpowiedni do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą spryskiwania, gotowy do użycia o dobrej tolerancji materiałowej, o Spektrum : bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia wirus, BVDV, Rotawirus, Adenowirus, Polio) - do 30 sek., zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach a 1000ml ze spryskiwaczem oraz a 5L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany produkt jest bezbarwny, bezzapachowy, nie pozostawiający osadu, smug, plam na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie zawiera w swoim składzie substancji sklasyfikowanych jako drażniące drogi oddechowe.

Pytanie 15 (dotyczy Zadania nr 8, poz. 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min w opakowaniach (pojemnik) a 150 szt. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że rozmiar chusteczek jest nie mniejszy niż 20 cm x 20 cm z tolerancją $\pm 15\%$.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi i Zamówień Publicznych

Dariusz Surma

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu
Janusz Atłachowicz