

SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 05 / 2018 / A

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWKO

Dotyczy:

konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 /05/ 2018.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert informujemy:

Pytanie 1: dotyczy SWKO Rozdział II ust. 2 pkt. 2:

a. Czy Zamawiający w kosztach pracy uwzględnił ZUS, nadgodziny, dyżury, itp.?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że w kosztach pracy uwzględnił ZUS, nadgodziny, dyżury, dodatki funkcyjne, itp.*

b. Prosimy o podanie terminu nabycia uprawnień emerytalnych i ich wysokości dla każdego z pracowników.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że powyższe dane zawarte są w tabelce stanowiącej załącznik do przedmiotowych wyjaśnień treści SWKO.*

c. Prosimy o podanie terminu nabycia uprawnień do nagród jubileuszowych i ich wysokości dla każdego z pracowników.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że powyższe dane zawarte są w tabelce stanowiącej załącznik do przedmiotowych wyjaśnień treści SWKO.*

d. Czy którykolwiek z pracowników posiada kwalifikacje do samodzielnego wykonywania i autoryzacji wyników badań z zakresu serologii transfuzjologicznej? Jeżeli tak prosimy o wskazanie tych osób.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że czterech diagnostów laboratoryjnych, których Wykonawca musi przejąć w trybie i na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu Pracy posiada kwalifikacje do samodzielnego wykonywania i autoryzacji wyników badań z zakresu serologii transfuzjologicznej (Diagnozy nr 1, 2, 3, 5).*

e. Czy którykolwiek z pracowników, wykazanych w SWKO, odmówił przejęcia przez podmiot, który wygra przedmiotowy konkurs ofert (w nawiązaniu do zapisów rozdziału IV ust. 10 SWKO).

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że wszyscy pracownicy wskazani w SWKO wyrażają zgodę na przejście do nowego pracodawcy, który wygra przedmiotowy konkurs ofert.*

f. Prosimy o podanie stanu zaległych i bieżących urlopów wypoczynkowych dla każdego pracownika.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że powyższe dane zawarte są w tabelce stanowiącej załącznik do przedmiotowych wyjaśnień treści SWKO.*

Pytanie 2: dotyczy SWKO rozdział II ust. 2 pkt 4 akapit drugi - prosimy o potwierdzenie, że w razie niezyskania przez strony wspólnego stanowiska co do wartości netto i brutto wydatków, Wykonawca będzie uprawniony do odwołania się do ekspertyzy sporządzonej na wspólne zlecenie stron przez biegłego z zakresu rachunkowości.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że w przypadku niezyskania przez strony wspólnego stanowiska co do wartości netto i brutto wydatków, które Wykonawca poniósł na ulepszenie obcego środka trwałego / adaptacji docelowych pomieszczeń przeznaczonych pod laboratorium, każda ze stron będzie uprawniona do odwołania się do ekspertyzy sporządzonej na wspólne zlecenie stron przez biegłego z zakresu rachunkowości oraz budownictwa. Koszty powołania biegłego poniesie ta strona, której stanowisko co do kosztów było bardziej rozbieżne od końcowej opinii biegłego.*

Pytanie 3: dotyczy SWKO rozdział II ust. 2 pkt 4 akapit trzeci - prosimy o potwierdzenie, że analogiczna zasada będzie obowiązywać w razie rozwiązania umowy przed terminem z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności w wypadku rozwiązania umowy na skutek zaległości płatniczych Zamawiającego).

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że analogiczna zasada będzie obowiązywać w razie rozwiązania umowy przed terminem z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.*

Pytanie 4: dotyczy SWKO Rozdział III ust. 1 pkt. 5:

a. Jaki system informatyczny obecnie posiada Zamawiający? Prosimy o podanie producenta, nazwy, wersji i danych kontaktowych do firmy serwisującej oprogramowanie.

Odpowiedź: *System MEDICOM firmy Medinet Systemy Informatyczne, wer. 07.10.090, kontakt 077 455 10 15.*

b. Czy Zamawiający przewiduje zmianę systemów informatycznych w okresie trwania umowy oraz do jakiej daty posiada zawarte umowy dotyczące aktualnie posiadanych systemów? Zwracamy uwagę, że przedmiotowe postanowienie (zmuszające do reintegracji na koszt wykonawcy w razie zmiany systemu przez Zamawiającego) spowoduje doliczenie do cen badań swoistej premii za ryzyko powstania dodatkowego kosztu informatycznego. Zamawiający może tego uniknąć (i uzyskać niższe ceny) jeżeli zrezygnuje z nakładania na Wykonawcę obowiązku reintegracji. Jednocześnie reintegrację może sobie zapewnić ze strony dostawcy nowego oprogramowania szpitalnego w warunkach przetargu na takie oprogramowanie.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany systemów informatycznych w okresie trwania umowy, reintegrację nowego systemu z już pracującym systemem w laboratorium będzie wykonywać dostawca nowego oprogramowania szpitalnego. Zamawiający potwierdza, że takie zapisy zostaną ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ewentualnego przetargu na takie oprogramowanie.*

c. Czy systemy informatyczne Zamawiającego posiadają zdolność do generowania i przyjmowania oraz przetwarzania komunikatów (zleceń oraz wyników badań) zgodnych z protokołem HL7 oraz czy Zamawiający dysponuje wszystkimi licencjami niezbędnymi do korzystania przez te programy z wymiany danych z systemem laboratoryjnym?

Odpowiedź: *Systemy posiadają zdolność komunikacji poprzez HL7 - wykaz komunikatów w załączeniu do SIWZ.*

d. Przyjmujący zamówienie lokuje swoje serwery w budynkach o odpowiedniej infrastrukturze informatycznej (zapasowe zasilanie, łącza internetowe itp). W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że laboratorium uruchomione u zamawiającego będzie pracowało na serwerze znajdującym się w innej lokalizacji. Aby uruchomić połączenie HL7 konieczne będzie zestawienie VPN'a, czy w związku z powyższym zamawiający posiada router i łącze internetowe umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów SNAT?

Odpowiedź: *Zamawiający posiada łącze światłowodowe o przepływności 50/50MBit z publicznym adresem IP, możliwe jest zestawienie szyfrowanego połączenia VPN i translacją adresów.*

Pytanie 5: dotyczy SWKO Rozdział III ust. 9 - Czy okres 44 miesięcy to maksymalny czy niezależny od czasu dostosowania pomieszczeń docelowych okres obowiązywania umowy (gdyby okres ten był maksymalny to wykonawca, który szybciej przeprowadziłby adaptację pomieszczeń docelowych byłby pokrzywdzony).

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że okres 44 miesięcy to maksymalny okres, na który może zostać podpisana umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.*

Pytanie 6: dotyczy SWKO rozdział IV ust. 15 – czy badania te zostały uwzględnione w załączniku nr 2 do SWKO?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że badania te zostały ujęte w Formularzu asortymentowo – cenowym / Wykazie badań – Załącznik nr 2 do SWKO w poz. 92. Kontrola środowiska szpitalnego, ilość badań – 476. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWKO rozdział IV ust. 15: „Wykonawca zobowiązuje się do pobierania u Zamawiającego i wykonywania wymazów czystościowych do badań mikrobiologicznych ze środowiska szpitalnego, zgodnie z planem uzgodnionym z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych (rocznie ok. 476 badań)”.*

Pytanie 7: dotyczy SWKO rozdział IV ust. 17 – prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem tego wymogu będzie posiadanie przez Spółkę przynajmniej po jednym z wymienionych certyfikatów.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

Pytanie 8: dotyczy SWKO rozdział XIV ust. 2 - Prosimy o potwierdzenie, że dla podmiotu, który rozpoczął działalność jako osoba fizyczna i wniósł przedsiębiorstwo aportem do spółki prawa handlowego (z zachowaniem integralności tego przedsiębiorstwa), okres nieprzerwanego świadczenia usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla podmiotów leczniczych będzie liczony od momentu rozpoczęcia działalności jako osoba fizyczna. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty przez konsorcjum podmiotów, brany będzie pod uwagę okres świadczenia usług najdłuższej działającego podmiotu wśród członków konsorcjum.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

Pytanie 9: dotyczy SWKO rozdział XIV ust. 4 - Prosimy o wskazanie jaka jest maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w konkursie (zsumowanie punktów we wszystkich kryteriach wskazuje na liczbę 160).

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że maksymalną ilością punktów możliwą do zdobycia w konkursie jest 160 punktów.*

Pytanie 10: dotyczy SWKO rozdział XVII ust. 1 - Zwracamy uwagę, że zawarcie umowy nie może nastąpić w ciągu 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia gdyż w tym terminie możliwe jest wniesienie odwołania. Zatem dopiero po upływie terminu do odwołania lub po rozstrzygnięciu wszystkich odwołań możliwe będzie zawarcie umowy.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWKO rozdział XVII ust. 1: „Wykonawca biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Wieluniu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. Zawarcie umowy o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz umowy dzierżawy pomieszczeń nastąpi po wykorzystaniu środków odwoławczych przysługujących Wykonawcom zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.*

Pytanie 11: dotyczy Załącznik nr 2 do SWKO:

a. Poz. 10 – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje oznaczenia przeciwciał pANCA i cANCA jednym testem metodą immunofluorescencji pośredniej czy też oznaczeń ilościowych każdego z przeciwciał osobno metodą ELISA?

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje oznaczenia przeciwciał pANCA i cANCA jednym testem metodą immunofluorescencji pośredniej.*

b. Poz. 177 – czas hodowli prątków gruźlicy metodą konwencjonalną wynosi do 10 tygodni a metodą automatyczną do 8 tygodni. Czas ten nie może zostać skrócony. Prosimy o zmianę czasu oczekiwania na wynik tego badania.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Formularzu asortymentowo – cenowym / Wykazie badań – Załącznik nr 2 do SWKO w poz. 177 - Czas wykonania w trybie normalnym= maksymalnie do 10 tygodni.*

c. Poz. 178, 179 - czas trwania hodowli prątków gruźlicy na podłożach z krążkami antybiotykowymi metodą konwencjonalną wynosi do 4 tygodni a metodą automatyczną 5-13 dni. Czas ten nie może zostać skrócony. Prosimy o zmianę czasu oczekiwania na wynik tego badania.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Formularzu asortymentowo – cenowym / Wykazie badań – Załącznik nr 2 do SWKO w poz. 178, 179 - Czas wykonania w trybie normalnym= maksymalnie do 4 tygodni.*

d. Poz. 180 – czas hodowli prątków gruźlicy metodą automatyczną wynosi do 8 tygodni. Czas ten nie może zostać skrócony. Prosimy o zmianę czasu oczekiwania na wynik tego badania.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Formularzu asortymentowo – cenowym / Wykazie badań – Załącznik nr 2 do SWKO w poz. 180 - Czas wykonania w trybie normalnym= maksymalnie do 8 tygodni.*

e. Poz. 181 – identyfikacja w zależności od wybranej metody oznaczenia trwa od 1 dnia do 4 tygodni a lekowrażliwość na podłożach z krążkami antybiotykowymi metodą konwencjonalną wynosi do 4 tygodni a metodą automatyczną 5-13 dni. Czas ten nie może zostać skrócony. Prosimy o zmianę czasu oczekiwania na wynik tego badania.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Formularzu asortymentowo – cenowym / Wykazie badań – Załącznik nr 2 do SWKO w poz. 181 - Czas wykonania w trybie normalnym= maksymalnie do 4 tygodni.*

Pytanie 12: dotyczy Załącznik nr 6 do SWKO:

a. Par. 1 ust. 7 - To postanowienie jest sprzeczne z zasadami wskazanymi w SWKO (SWKO przewiduje zwrot niezamortyzowanej części wydatków na adaptację).

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 1 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:*

„Po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo zwrotu części nakładów poniesionych na realizację prac, o których mowa w ust. 6, w kwocie równoważnej niezamortyzowanej części kosztów netto poniesionych przez Dzierżawcę na ulepszenie obcego środka trwałego / adaptacji docelowych pomieszczeń przeznaczonych pod laboratorium”.

b. Par. 9 ust. 3 - Postanowienie sprzeczne z postanowieniami SWKO, które stanowi, że umowa dzierżawy jest zawarta na okres obowiązywania umowy na świadczenie usług a zatem nie może zostać wypowiedziana niezależnie od umowy na świadczenie usług.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 9 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:*

„W przypadku rozwiązania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy dzierżawy lokali z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w ostatnim dniu miesiąca”.

Pytanie 13: dotyczy Załącznik nr 7 do SWKO:

a. Par. 4 ust. 6 - Prosimy o korektę - terminy nie są wskazane przez Wykonawcę ale Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 4 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:*

„Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego badania zgodnie z określonymi w Załączniku nr 2 warunkami konkursu, tj.:

a) termin podstawowy – tj. maksymalny czas oczekiwania na wynik badania wykonywanego w trybie podstawowym (rutyna), od dostarczenia materiału do laboratorium do wydania wyniku,

b) termin na CITO tj. czas oczekiwania na wynik badania zleconego z powodu szczególnych wskazań medycznych, wynikających z powodu nagłego zagrożenia stanu zdrowia lub życia pacjenta.

Ww. terminy są liczone od momentu dostarczenia materiału diagnostycznego do Laboratorium zlokalizowanego na terenie Szpitala do momentu przekazania wyniku Zamawiającemu. Przedmiotowe terminy nie mogą być dłuższe niż terminy określone w Załączniku nr ... do umowy”.

b. Par. 6 ust. 1 lit. a - Prosimy o zmianę wysokości kary umownej, która jest w oczywisty sposób rażąco wygórowana. Jeżeli w ciągu dnia wykonywanych będzie np. 100 badań to uchybienie dotyczące jednego z nich nie może pozbawiać wynagrodzenia za cały dzień (a być może nawet więcej niż cały dzień jeżeli danego dnia wartość badań będzie niższa niż 1/365 wartości opartych na szacunkach Zamawiającego) a także nie będzie żadnej różnicy pomiędzy sytuacją wydania jednego i stu wyników z naruszeniem zasad współpracy.

Odpowiedź: *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 6 ust. 1 lit. a, który otrzymuje następujące brzmienie:*

„a) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy (w szczególności naruszenia postanowień zawartych w załącznikach do umowy), Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 1/700 wartości złożonej oferty netto za każde naruszenie, z tym że nie więcej niż 1 / 365 za wszystkie naruszenia popełnione jednego dnia”.

c. Par. 6 ust. 4 - Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o odsetki za opóźnienie wskazane w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że chodzi o odsetki za opóźnienie wskazane w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.*

d. Par. 7 ust. 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach i toczących się procesach w szczególności umożliwiając wstąpienie do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, będzie informował Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach i toczących się procesach w szczególności umożliwiając wstąpienie do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.*

e. Par. 7 ust. 4 - Zwracamy uwagę, że postanowienie umowne jest oczywiście krzywdzące dla wykonawcy, który będzie obowiązany ponosić koszty również np. w przypadku oddalenia niezasadnego powództwa pacjenta, który jednak będzie niewypłacalny lub zostanie zwolniony od poniesienia kosztów przez sąd (np. z uwagi na jego sytuację życiową).

Odpowiedź: *Sytuacja, w której powód byłby zwolniony na wstępie procesu od ponoszenia kosztów (opłata sądowa, koszty opinii biegłych) nie oznacza, że tymi kosztami obciążony zostanie pozwany, jeżeli powództwo zostanie oddalone. Zatem powyższy zarzut jest bezzasadny. W sytuacji niewypłacalności powoda koszty sądowe mogą zostać pokryte z polisy ubezpieczeniowej pozwanego. Zamawiający utrzymuje zapisy projektu umowy.*

f. Par. 8 ust. 2 - Prosimy o uwzględnienie w zasadach rozliczenia kosztów remontu nowych pomieszczeń również rozwiązania umowy przez Zamawiającego z zachowaniem okresu wypowiedzenia (które może nastąpić nawet mimo należytego wykonywania usług a wyłącznie na skutek zmiany koncepcji Zamawiającego). Również w takiej sytuacji Wykonawca powinien otrzymać zwrot niezamortyzowanej części kosztów. Pozbawienie go takiej możliwości byłoby oczywiście nieuczciwe.

Odpowiedź: *Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapisy zawarte w § 8 ust. 2.*

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy § 8 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowa zostaje zawarta na okres 44 miesiące od daty jej zawarcia”.

Pytanie 14: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ofertę konsorcjum podmiotów, które wspólnie, a nie każdy z członków konsorcjum z osobna, spełniają warunki udziału w konkursie ofert.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWKO, Zamawiający dopuszcza udział w konkursie konsorcjum podmiotów, pod warunkiem, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum spełni wszystkie wymogi zawarte w warunkach konkursu.*

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuszcza inne oddziały niż wyszczególnione w załączniku nr 16, przy zachowaniu wymogu posiadania min. 200 łóżek szpitalnych?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza, utrzymuje zapisy SWKO.*

Pytanie 16: Czy Zamawiający uzna za potwierdzenie lat doświadczenia Wykonawcy załączenie do oferty Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Odpowiedź: *Zamawiający uzna za potwierdzenie lat doświadczenia Wykonawcy załączenie do oferty Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże wymaga, by Wykonawca złożył dodatkowo pisemne oświadczenie, że w tym samym okresie w sposób ciągły wykonywał działalność będącą przedmiotem zamówienia.*

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści podmiot, który jako laboratorium awaryjne wskaże laboratorium prowadzone przez inną spółkę, należącą do tej samej grupy kapitałowej (w szczególności do spółki zależnej)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuszcza wydzierżawienie dodatkowego pomieszczenia z przeznaczeniem na punkt pobrań w miejscu aktualnie istniejącego?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuszcza wydzierżawienie dodatkowych pomieszczeń aktualnie funkcjonującego laboratorium mikrobiologicznego?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza. Jednakże jest to uwarunkowane otrzymaniem od właściciela budynku – Powiatu Wieluńskiego zgody na wydzierżawienie wnioskowanych pomieszczeń.*

Pytanie 20: Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu i aparatury przeznaczonej do zakupu, z podaniem roku produkcji.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do uchwały nr 595/17 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 20 grudnia 2017 r. (Załącznik nr 15 do SWKO) – Wykaz środków trwałych będących na stanie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej podany jest rok produkcji sprzętu. Natomiast brak jest roku produkcji w wykazach sprzętu stanowiącego wyposażenie działu, stanowiącego meble, drobny sprzęt laboratoryjny, itp. Zamawiający informuje, że jest wyposażenie jest w większości bardzo mocno wyeksploatowane i czas jego użytkowania wynosi około 15 – 20 lat.*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu
Janusz Atłochowicz

p.o. KIEROWNIKA
Działu Obsługi i Zamówień Publicznych

Dariusz Surma

Wykaz pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Diagnostyki laboratoryjnej

Lp.	Stanowisko	Data jubileuszu	Liczba lat pracy	Kwota	Wartość nagrody jubileuszowej	Data nabycia uprawnień emerytalnych	Wysokość odprawy emerytalnej	Urlop zaległy	Urlop bieżący
1.	Kierownik Diagnosta 1 Banku Krwi	04.06.2019 r.	40	300%	19908,54	jest na emeryturze		0	22
2.	Asystent Diagnosta 2	01.05.2022 r.	35	200%	11667,02	14.01.2022 r.	17500,53	9	26
3.	Asystent Diagnosta 3	06.09.2018 r.	30	150%	9286,06	06.05.2021 r.	18572,6	8	26
4.	Młodszy Asystent Diagnosta 4	04.02.2035 r.	20	75%				0	16
5.	Młodszy Asystent Diagnosta 5	01.02.2024 r.	20	75%				0	24

Technicy laboratoryjni

Lp.	Stanowisko	Data jubileuszu	Liczba lat pracy	Kwota	Wartość nagrody jubileuszowej	Data nabycia uprawnień emerytalnych	Wysokość odprawy emerytalnej	Urlop zaległy	Urlop bieżący
1.	Kierownik Zespołu Techników Technik 1	04.09.2021 r.	40	300%	9195,75	03.07.2020 r.	9195,75	7	26
2.	St. Technik Analityki Med. Technik 2	18.07.2018 r.	35	200%	8398,34	01.10.2022 r.	12597,6	0	16
3.	St. Technik Analityki Med. Technik 3	02.09.2020 r.	35	200%	5222,24	18.08.2024 r.	7833,36	0	26
4.	St. Technik Analityki Med. Technik 4	16.07.2018 r.	35	200%	7942,9	15.06.2022 r.	11914,35	3	26
5.	St. Technik Analityki Med. Technik 5	01.09.2022 r.	40	300%	11438,28	25.08.2020 r.	11438,28	1	26
6.	St. Technik Analityki Med. Technik 6	01.11.2022 r.	40	300%	7800,96	25.07.2021 r.	7800,96	1	26
7.	Chemii Technik 7	15.12.2022 r.	40	300%	7820,4	03.05.2022 r.	7820,4	3	26