

WYKONAWCY**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWKO**

Dotyczy:

konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 /05/ 2018.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert informujemy:

Pytanie 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania dotyczące badań wymienionych w załączniku nr 2:

10.	ANCA	Czy Zleniodawca chciałby wykonać badanie P-ANCA i C-ANCA?
32.	Bortonelloza	Czy Zleniodawca chciałby wykonać badanie Koci pazur - p/c IgG i IgM?
87.	Kał na Clostridium difficile	Czy zlecniodawca chciałby wykonać badanie antygenu i toksyn jednocześnie?
165.	Wymaz bakteriologiczny (inny)	Proszę o informację jakie dokładnie badanie będzie zlecane?
180.	Prątek gruźlicy (metoda izotopowa)	Czy możemy dokonać oceny lekowrażliwości metodą automatyczną przy użyciu systemu BACTEC MGIT960, który jest zastępowany ze względu na wycofywanie znaczników izotopowych?

Odpowiedzi:

Ad. 10: TAK

Ad. 32 : TAK

Ad. 87 : TAK

Ad. 165: Wymaz bakteriologiczny inny to np. wymaz z: moszny, jamy brzusznej, owrzodzenia, wklucia, języka, cewnika, okolic odbytu, ropnia, oparzenia, napletka, przetoki, migdałków, zmiany skórnej, martwicy palca, krwiaka, wklucia głębokiego, cewki moczowej, rany po drenie.

Ad. 180 : Tak, można dokonać oceny lekowrażliwości metodą automatyczną przy użyciu systemu BACTEC MGIT960.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza, ze względu na obszerność oferty, jej złożenie w dwóch oddzielnych kopertach odpowiednio opisanych lub kartonowym pudełku odpowiednio zabezpieczonym oraz opisany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Konkursu Ofert i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu
Janusz Attachowicz