



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 19.06.2018r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu, nr SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 13/ 2018.**

Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że wpłynął za pomocą środka komunikacji elektronicznej (e-mail) wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z tym, że producent urządzeń i czujników Masimo zaprzestał produkcji czujników z końcówką LNOP zastępując je końcówkami RD Czy zamawiający oczekuje i dopuszcza nowych czujników z końcówką RD połączony za pomocą oryginalnego adaptera Masimo SET do kabla LNOP kompatybilną z pulsoksymetrami DASCH 4000 w technologii MASIMO dla pacjentów > 30kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu
Janusz Atłachowicz



Certyfikat ISO 9001:2015