



Wieluń, dnia 06.07.2018r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla SP ZOZ w Wieluniu, nr SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 12/ 2018.**

Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że wpłynęły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (fax i e-mail) wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy Zał. 4. projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Dotyczy Zał. 4. projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Dotyczy Zał. 4. projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz



(c) przekazuje Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregoś z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach Projektu umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 4:

Dotyczy Zał. 4. projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Dotyczy Zał. 4. projekt umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.



Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa powierzenia danych z odniesieniem do umowy dostawy w zakresie prac gwarancyjnych może zostać zawarta po zawarciu umowy na dostawę.

Pytanie 6:

Dotyczy SIWZ pkt. VIII 2b. Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) prosimy o dopuszczenie potwierdzenia parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów brakujących w katalogu producenta w formie oświadczenia Wykonawcy.

Pytanie 7:

Dot. Zał. nr 2 formularz ofertowo-cenowy. Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, jeśli w niniejszym zamówieniu zaistnieje taka sytuacja.

Pytanie 8:

Dot. Załącznik nr 1.1 do SIWZ, par. VIII, pkt. 3 oraz Załącznik nr 1.2 do SIWZ, pkt. 108:

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego warunku w przypadku złożenia deklaracji, że wszyscy inżynierowie przeszkoleni przez Wytwórcę do serwisowania danego typu aparatów są wyposażeni w kody dostępu, a tylko przeszkolone osoby powinny mieć dostęp do zaawansowanych funkcji serwisowych gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub pogorszeniem warunków jego pracy? Należy dodać, że wszystkie autoryzowane serwisy powinny zatrudniać inżynierów przeszkolonych przez Wytwórców. Pytanie nasze jest o tyle zasadne o ile Zamawiający zdaje sobie na pewno sprawę z tego, że w przypadku udostępniania kodów dostępu nieautoryzowanym serwisom sprzętu medycznego Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko z tytułu incydentu medycznego w przypadku, jeżeli by taki wystąpił. Wymóg ten podyktowany jest wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z procedur dotyczących Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Dot. Załącznik nr 1.1 do SIWZ, par. VIII, pkt. 4 oraz Załącznik nr 1.2 do SIWZ, pkt. 109: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Zapewnienie dostępności części zamiennych przez



min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w tym zakresie treść załączników nr 1.1 oraz 1.2 do SIWZ.

Pytanie 10:

Dot. Załącznik nr 1.1 do SIWZ, par. VIII, pkt. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "reakcja serwisu" uwzględniała zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Dotyczy Załącznik nr 1.1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz wymaganych parametrów technicznych.

Część 1. Przedmiot zamówienia : aparat ultrasonograficzny, ilość 1szt

Część III Obrazowanie i prezentacja obrazu Pkt 10

1.	Dopler CWD - Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 12 m/s	TAK		Do 12 m/s – 0pkt >12 ≤18 stopni – 2 pkt Pow 18 stopni – 10 pkt
----	---	-----	--	--

Pytanie : Czy Zamawiający potwierdza, że w powyższym wymogu przy kolumnie oceny punktowej doszło do oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wskazaniu jako jednostki oceny - stopnie, zamiast jednostki m/s tak jak brzmi główny parametr?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i zmienia w tym zakresie treść załącznika nr 1.1 do SIWZ.

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu

Zatwierdził

Janusz Attochowicz

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

