



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 1 marca 2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW -1

Dotyczy: postępowania w sprawie wydatkowania środków publicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/3/2019 z dnia 01.02.2019r.pn. **Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni.** Numer postępowania: **SPZOZ-ZP/2/24/241/ 1 /2019.**

Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że wpłynęły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) pytania wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 3, poz. 4. *Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednostronną do czyszczenia narzędzi o długości 180 cm zakończoną włosiem ze stali nierdzewnej?*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy).

Pytanie 2

Pakiet nr 3, poz. 6 . *Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z:*

1 x szczotka (500 mm x 2,5 mm)

1 x szczotka (350 mm x 7 mm)

1 x szczotka (300 mm x 4 mm)

1 x szczotka (300 mm x 8 mm)

1 x szczotka (300 mm x 10 mm)

1 x szczotka (300 mm x 15 mm)



Certyfikat ISO 9001:2015

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej



Certyfikat ISO