



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wielun · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wielun, dnia 27 kwietnia 2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania w sprawie wydatkowania środków publicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/3/2019 z dnia 01.02.2019r. pn. **Dostawa aparatury pomiarowej do testowania urządzeń medycznych**, numer postępowania: **SPZOZ-ZP/2/24/241/ 12 /2020**.

Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że wpłynęły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) pytania wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Odnośnie pakietu 4 – tester pomp infuzyjnych. Dział VI Cechy i funkcje urządzenia „Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe”.

Zwracamy się o dopuszczenie do postępowania „urządzenia zasilanego sieciowo”. Tego rodzaju testery muszą posiadać zasilanie sieciowe z racji długości trwania testu pompy infuzyjnej (nawet do 24 godzin testu).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i przyznaje, że rodzaj zasilania został wpisany omyłkowo. W związku powyższym zmieniona zostaje treść Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz parametrów technicznych w zakresie Pakietu 4, ponadto zostaje zmieniona błędna numeracja działów w zakresie Pakietu IV. Przedmiotowy formularz po zmianie, zostanie opublikowany wraz z niniejszą informacją.

Zatwierdził

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

(na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz



Certyfikat ISO 9001:2015