

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
DOIZP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. 438 406 802, fax 438 406 801

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 05 / 2017.**

Nazwa zadania: „~~Zakup z dostawą systemu aspiracyjno-próżniowego umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi metodą aspiracji i próżni wraz z dzierżawą wirówki, oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SPZOZ w Wieluniu.~~”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego w dniu 02-02-2017 r. zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania dotyczące treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (**Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06**) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Wartość całkowitą oferty należy jednak podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku t.j. 0000,00

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:**Pakiet 1 pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści płyty do oznaczeń grup krwi z rantem usztywniającym? Zamawiający żądając zaoferowania płyt bez rantu usztywniającego, który jest cechą korzystną dla płyty, utrudnia uczciwą konkurencję, bowiem uniemożliwia firmie Medlab Products Sp. z o.o. (producent płyt z rantem usztywniającym) złożenie ważnej oferty.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza płyty do oznaczeń grup krwi z rantem usztywniającym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

p.o. DYREKTORA
SPZOZ w Wieluniu

dr n. med. Mateusz Grabicki