

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Wieluniu  
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16  
**DOIZP**  
**ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**  
tel. 438 406 802, fax 438 406 801

**U W A G A !!!**

Zamawiający żąda natychmiastowego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania niniejszej wiadomości-informacji „**WYJAŚNIENIA**” poprzez naniesienie podpisu, pieczęci i daty odesłanie na nr. Faksu: **438 406 801** lub drogą elektroniczną na adres: **[sekretariat@szpital-wielun.pl](mailto:sekretariat@szpital-wielun.pl)**

## WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 17 / 2017 Nazwa zadania : „ **Zakup z dostawą papierów rejestracyjnych, żeli, elektrod, pieluchomajtek, szczypcy biopsyjnych, pojemników oraz innego drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Wieluniu.** ”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

**PYTANIA z dnia 11-05-2017 roku.**

#### Zestaw Pytań 1

##### **Projekt umowy – par. 5 ust. 1 ppkt. a)**

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 ppkt a) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziły do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

##### **Projekt umowy – par. 5 ust. 1 ppkt.b)**

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto opóźnionej wadliwej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 ppkt b) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziły do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź :** Zamawiający dokonuje zmiany wysokości kary na 0,2% .

**Zamówienie nr 1 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji zamiast papieru o rozm. 60 mm x 10 m papieru o rozm. 60 mm x 12 m. Oferowany papier o rozm. 60 mm x 12 jest przeznaczony do aparatu Ascard A 31.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Zamówienie nr 1 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji zamiast papieru o rozm. 50 mm x 25 m papieru o rozm. 50 mm x 30 m.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Zamówienie nr 1 poz. 14**

Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła pomyłka tzn. czy Zamawiający nie oczekuje w ww. pozycji papieru do USG UPP 110 HD o rozmiarze 110 mm x 20 m?

**Odpowiedź :** Zaszła pomyłka, Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru do USG UPP 110 HD o rozmiarze 110 mm x 20 m.

**Zamówienie nr 1 poz. 16**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji zamiast papieru o rozm. 209 mm x 20 m papieru o rozm. 210 mm x 25 m, który jest przeznaczony do aparatu Mr Gold.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zamówienie nr 1 poz. 17**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy powyższe papiery mają być z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź :** Bez nadruku.

**Zamówienie nr 1 poz. 17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji zamiast papieru o rozm. 56 mm x 30 m papieru o rozm. 57 mm x 30 m.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Zamówienie nr 1 poz. 17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji zamiast papieru o rozm. 60 mm x 30 m papieru o rozm. 60 mm x 25 m.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Zamówienie nr 1 poz. 21**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG Sunray SRF 618B Oxford o rozm. 112 mm x 100 mm x 150 kartek.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Zamówienie nr 1 poz. 25**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Prosimy o podanie modelu aparatu, do którego ma być przeznaczony papier, oraz rozmiar szerokość i długość rolki.

**Odpowiedź :** CHOYANG CYW-100 57x14

**Zamówienie nr 4 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w ww pozycji elektrodę o rozmiarze 55 x40mm równoważnej do wymienionej R-LLL-510 , ponieważ ww elektroda R-LLL-510 nie jest już produkowana.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza.

**Zamówienie nr 4 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnych elektrod do defibrylatora Lifepack producenta Medtronic czy też dopuszcza zaferowanie elektrod kompatybilnych do defibrylatora LifePack innego producenta (elektrody te są z powodzeniem stosowane w wielu szpitalach)

**Odpowiedź :** Zamawiający oczekuje oryginalnych elektrod do defibrylatora Lifepack producenta Medtronic

**Zamówienie nr 14 poz. 2**

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje kabel jednorazowy i do jakiego typu , modelu urządzenia lub elektrodę neutralną ?

**Odpowiedź :** Elektrode neutralną.

**Zamówienie tnr 14 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww pozycji co umożliwi złożenie większej ilości ofert.

**Odpowiedź :** Zamawiający wydziela do Zamówienie nr 14 A.

**Zamówienie nr 14 poz. 3**

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje ww czujnika typu klips czy wielopunktowy.

**Odpowiedź :** Czujnika typu klips.

**Zamówienie nr 14 poz. 3**

Prosimy o informację jakiej długości kabla w ww czujniku Zamawiający oczekuje.

**Odpowiedź :** Zamawiający oczekuje kabla długości 1 metr w ww czujniku.

## Zestaw Pytań 2

**Zamówienie nr 13, pozycja 1 i 1 a**

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Zamówienia nr 13 pozycji 1 i 1a oraz stworzenie odrębnego Zamówienia zawierającego te pozycje, co wymusi konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie bezpośrednich importerów resuscytatorów Ambu.

**Odpowiedź :** Zamawiający wydziela do Zamówienie nr 13 A.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytatory (pozycje 1 i 1a) nadawały się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C?

**Odpowiedź :** Tak.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby maska i rezerwuar tlenu z pozycji 1 nadawały się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C?

**Odpowiedź :** Tak.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytatory posiadały trwale zintegrowany z workiem silikonowym uchwyt zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się aparatu z dłoni?

**Odpowiedź :** Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści resuscytator Ambu dla dorosłych, 1475 ml, silikonowy, zastawka 1-kierunkowa, standardowa maska dla dorosłych oznaczona numerem 5, zastawka akumulatora tlenu, akumulator tlenu?

**Odpowiedź :** Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści resuscytator Ambu dla dzieci – resuscytator 635 ml, objętość oddechowa 450 ml?

**Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający informuje, iż pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej

Jacek Siatkowski

DYREKTOR  
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atuchowicz

Kierownik Zamawiającego