

Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 05 /2017

Wieluń, dn. 07.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tys. EURO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 ogłasza postępowanie w sprawie wydatkowania środków publicznych zgodnie z art. 4 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Zamówienie poniżej 30 tys. euro) na podstawie Regulaminu Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/9/2016 z dnia 20.05.2016 r. (pkt 2 ppkt 2.4 w trybie: Zaproszenie do składania ofert).

SPZOZ w Wieluniu zaprasza Wykonawców do składania ofert - propozycji cenowych na:
„Dostawę chłodziarki farmaceutycznej do Pracowni Leków Cytostatycznych
SPZOZ w Wieluniu.”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu**

Adres Zamawiającego: **ul. Szpitalna 16**

Kod Miejscowość: **98-300 Wieluń**

Telefon: **43 84 06 800 – SEKRETARIAT; 43 84 06 805 – DOiZP**

Faks : **43 84 06 801 – SEKRETARIAT; 43 84 06 801 – DOiZP**

Adres strony internetowej: **www.szpital.powiat.wielun.pl**

Adres poczty elektronicznej: **sekretariat@szpital-wielun.pl**
d.surma@szpital-wielun.pl

Godziny urzędowania: **godziny pracy 7:25-15:00**

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarki farmaceutycznej dla Pracowni Leków Cytostatycznych – 1 szt. o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

PARAMETRY GRANICZNE		Wymagane
1.	Chłodziarka farmaceutyczna zapewniająca stabilną temperaturę w zakresie +2°C do +8°C przy temperaturze zewnętrznej 20-25°C	TAK
2.	Pojemność chłodziarki w zakresie 280 – 350 litrów	TAK
3.	Wysokość chłodziarki w zakresie 150 – 180 cm	TAK
4.	Szerokość chłodziarki w zakresie 560 – 660 cm	TAK
5.	Głębokość chłodziarki w zakresie 560 – 660 cm	TAK
6.	Szklane drzwi z możliwością obustronnego zamontowania	TAK
7.	Zewnętrzny panel sterujący	TAK
8.	Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury	TAK
9.	Wbudowany zamek chroniący przed otwarciem przez osoby nieupoważnione	TAK
10.	Regulowane druciane półki – 4 sztuki	TAK
11.	Wysuwane regulowane szuflady zawierające przegrody – 2 sztuki	TAK

12.	Poziom hałasu poniżej 45 dB	TAK
13.	Czynnik chłodzący przyjazny dla środowiska bez CFC i HCFC	TAK
14.	Zużycie energii: < 2,00 kWh / 24 h	TAK
15.	Automatyczne rozmrażanie chłodziarki	TAK
16.	Złącze pozwalające na podłączenie zewnętrznego urządzenia alarmowego	TAK
17.	Wbudowany rejestrator temperatury z powiadamianiem e-mail, sms w przypadku nieprawidłowej pracy chłodziarki:	TAK
a.	po przekroczeniu nastawionej temperatury	TAK
b.	w przypadku braku zasilania	TAK
18.	Możliwość wglądu do danych rejestratora temperatury przez bezpłatną przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu i możliwość wydruku danych za okres co najmniej 72 godzin	TAK
19.	Abonament do alarmowania sms lub e-mail na 2 telefony komórkowe przez okres 24 miesięcy w cenie dostawy	TAK
20.	Wzorcowanie rejestratora wliczone w cenę dostawy	TAK
21.	Instalacja chłodziarki i szkolenie personelu w cenie dostawy	TAK
22.	Zestaw UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania chłodziarki w razie awarii zasilania przez co najmniej 6 godzin	TAK
23.	Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące	TAK
24.	Urządzenie winno posiadać dokument dopuszczający do jego użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP (dołączyć do oferty)	TAK

Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia wraz z przeprowadzonym szkoleniem) do **21 dni** od daty podpisania Umowy.

IV. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

stanowisko Kierownik Działu Obsługi i Zamówień Publicznych

imię i nazwisko Dariusz Surma

tel. 43 84 06 805

w terminach od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 – 14.00

e-mail d.surma@szpital-wielun.pl

stanowisko Kierownik Apteki

imię i nazwisko Ewa Urbaniak

tel. 43 84 06 760

w terminach od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 – 14.00

e-mail apteka@szpital-wielun.pl

V. Kryterium oceny ofert:

1. Jedynym kryterium oceny ofert w powyższym postępowaniu jest cena – 100%.

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, uwzględniać wszystkie zobowiązania, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy jeżeli (sprzedaż lub usługa) podlega obciążeniu takimi podatkami, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z Ustawą o cenach z dnia 5 lipca 2001 roku § 3 ustęp 1 pkt 1 (Dz. U. 2013 poz. 385).

VI. Termin, miejsce i forma składania ofert:

Wyłącznie pisemne oferty należy przysyłać lub składać w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „**Dostawa chłodziarki farmaceutycznej do Pracowni Leków Cytostatycznych SPZOZ w Wieluniu**” Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 05 /2017 w terminie do dnia ~~21~~ **03- 2017 r. do godz. 10.00** w Sekretariacie SPZOZ w Wieluniu, 98 – 300 Wieluń, ul. Szpitalna 16. pokój nr 216.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby SPZOZ.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

VII. Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 – Formularz cenowy oferty
2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 – Parametry techniczne oferowanego sprzętu
3. Zaparafowany Załącznik nr 3 – Projekt umowy
4. Dokument dopuszczenia oferowanego chłodziarki do użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

VIII. Informacje końcowe:

1. Zamawiający informuje, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
2. Zamawiający informuje, że na każdym etapie postępowania może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą i unieważnić postępowanie.
3. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu
Janusz Arachowicz

p.o. KIEROWNIKA
Działu Obsługi i Zamówień Publicznych

Dariusz Surma